

# 保冷库 仕様書

## 1. 品名

保冷库

## 2. 数量

1台

## 3. 基本的要件

- (1) 冷却性能+2℃/常用+4℃～+14℃程度
- (2) ノンフロン冷媒
- (3) 内容積500L以上
- (4) 外寸mm：幅700～900，奥行き600～900，高さ1600～2000
- (5) 電源100V，15A
- (6) 多段調整式棚（6段以上）
- (7) 庫内温度デジタル表示
- (8) 警報ランプ又はブザー（温度異常，センサー異常，扉開放）
- (9) 縦型保冷库，開き戸（左開き）

## 4. 納入条件

- (1) 機器の設定，調整料を含む
- (2) 既存機器を引き取ること

## 5. 既存機器 1台

メーカー	三洋電機株式会社
型番	MPR-504H
外寸	幅800mm×奥行き860mm×高さ1810mm
購入時期	平成10年購入

## 6. 参考銘柄等

- (1) 日本フリーザー(株) UKS-5410DHC
  - (2) PHC(株) MPR-S500H-PJ
- 上記銘柄または，同等品以上とする。

## 7. 設置場所

宇都宮市衛生環境試験所 化学検査室

## 8. 納入期限

令和5年10月31日

## 9. その他

- (1) 同等品で見積しようとするものは、事前に同等性を証明する書類（価格の記載されたカタログ等）を契約課物品契約グループまで提出し承諾を得ること。
- (2) 納入の際は、事前に納入予定日時を担当課（028-626-1119）と十分協議のうえ、指示する場所に設置すること。
- (3) 必要に応じ、取扱および操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 設置後、梱包材等は引き取ること。