

上皿天秤購入仕様書

1. 品名 上皿天秤 1台
2. 基本的要件（機能，性能，規格）
 - (1) 秤量 (g) 520g 程度
 - (2) 最小表示 (mg) 1mg
 - (3) 繰返し性 0.7 mg
 - (4) 安定時間 1.5 秒
 - (5) 全自動調整（校正）機構（FACT）付であること。
3. 参考銘柄
 - (1) メトラー・トレド株式会社製
上皿天秤 ME503T/00
ACC（JCSS）校正証明書及び GWP 合否判定の証明書の提出
4. 納入条件
 - (1) 指定する場所へ計量器を設置すること。
計量器設置時，ACC（JCSS）校正作業及び GWP 合否判定を行う。
 - (2) 校正時必要とされる分銅等の準備に係る費用については，納入者が負担するものとする。
 - (3) 機器の取り扱いに必要な説明，指導を行う。
5. 納入場所
宇都宮市計量検査室（宇都宮市旭 1 丁目 1 - 5）
6. 納入期限
令和 5 年 1 2 月 2 2 日（金）
7. その他
 - (1) 納入の際は，事前に納入予定日時を担当課と十分協議のうえ，指示する場所に設置すること。
 - (2) 必要に応じ，取扱および操作に関する説明を十分に行うこと。
 - (3) 設置後，梱包材等は引き取ること。