

低温冷凍庫 仕様書

1. 件名

低温冷凍庫

2. 品名・数量

低温冷凍庫 1台

3. 基本的要件

- (1) 冷却性能-30℃（周囲温度：35℃・無負荷）
- (2) 温度制御範囲 -30℃～-20℃（周辺温度：5℃～35℃・無負荷）
- (3) 内容積690L以上
- (4) 外寸mm：幅770，奥行き830，高さ1955程度
- (5) 電源 単相100V 50Hz/60Hz
- (6) 多段調整式棚（6段以上）
- (7) 庫内温度デジタル表示
- (8) 警報ランプ又はブザー（温度上下限，センサー異常，扉開放）
- (9) 縦型低温保冷庫，開き戸（右開き）
- (10) 付属バスケット：14個（内寸：W276×D573×H174mm）

4. 納入条件

機器の設定，調整料を含む

5. 銘柄等（下記銘柄または同等品以上とする。）

PHC株式会社 MDF-U731M-PJ

6. 設置場所

栃木県宇都宮市竹林町972番地

宇都宮市衛生環境試験所 試薬調整室

7. 納入期限

令和6年 2月29日（木）

8. その他

- (1) 同等品で見積しようとするものは，事前に同等性を証明する書類（価格の記載されたカタログ等）を契約課物品契約グループまで提出し承諾を得ること。
- (2) 納入の際は，事前に納入予定日時を担当課と十分協議のうえ，指示する場所に設置すること。
- (3) 必要に応じ，取扱および操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 設置後，梱包材等は引き取ること。