

# 上皿天秤購入仕様書

1. 品名 上皿天秤 1台
2. 基本的要件（機能, 性能, 規格）
  - (1) 秤量 (g) 520g 程度
  - (2) 最小表示 (mg) 1mg
  - (3) 繰返し性 0.7 mg
  - (4) 安定時間 1.5 秒
  - (5) 全自動調整 (校正) 機構 (FACT) 付であること。
3. 銘柄 (下記銘柄とする。)
  - (1) メトラー・トレド株式会社製  
上皿天秤 ME503T/00  
ACC (JCSS) 校正証明書及び GWP 合否判定の証明書の提出
4. 納入条件
  - (1) 指定する場所へ計量器を設置すること。  
計量器設置時, ACC (JCSS) 校正作業及び GWP 合否判定を行う。
  - (2) 校正時必要とされる分銅等については, 納入者の費用をもって施行するものとする。
  - (3) 機器の取り扱いに必要な説明, 指導を行う。
5. 納入場所  
宇都宮市計量検査室 (宇都宮市旭 1 丁目 1 - 5)
6. 納入期限  
令和 6 年 3 月 1 5 日 (金)
7. その他
  - (1) 納入の際は, 事前に納入予定日時を担当課と十分協議のうえ, 指示する場所に設置すること。
  - (2) 必要に応じ, 取扱および操作に関する説明を十分に行うこと。
  - (3) 設置後, 梱包材等は引き取ること。