

仕様書

1 品名 「卓上遠心機」

2 数量 一式

3 付属品

(1) スイングロータ (5~10mL 採血管用) 数量: 1 個

(2) バケツ及びチューブラック (5~10mL 採血管用) 数量: 各 1 組

4 基本的要件 (機能, 性能, 規格)

(1) 管サイズ 5~10 の真空採血管 (テルモ社製ベノジェクト II 等) が遠心可能であること。なお当該採血管 48 本以上を一度に遠心することができ, そのときの最高回転数は 3,500rpm 以上, 最大遠心力は $2,300 \times g$ 以上であること。

(2) 寸法 44(W) × 53(D) × 32(H) cm 以下

(3) ドア開閉方向 上下開き

(4) 重さ (本体) 37kg 以下

(5) 電源 AC100V

(6) プログラムメモリ機能 有

5 納入条件

(1) 機器の搬入及び設置を含む。また, 設置後, 梱包材等は引き取ること。

(2) 設置完了後は, 機器が十分に性能を発揮できるよう, 据付調整を行い, 正常に稼動することを確認すること。

(3) 搬入及び設置作業中, 納入者に起因する事故等が発生した場合, 付随する損害は納入者がその責を負うこと。

(4) 本市職員等に機器の操作方法及び保守管理に必要な技術について実地の研修を行うこと。

(5) 納入した機器に関して, 1 年以内に発生した不具合については, 本市職員の指示に従い無償にて修理, 交換等必要な措置を行い, その間定期的な保守・点検も行うものとする。

(6) 既存機器 (日立 CT6D 及び付属品: 1 式) を引き取ること。

(7) 上記の事項等に疑義が生じた場合は, 担当課 (衛生環境試験所 028-626-1119) に確認を取ること。

6 参考銘柄等

ア 久保田商事株式会社

卓上遠心機	S500T
スイングロータ	ST-724M
バケット	053-5820 (4個1組)
チューブラック	055-0880 (4個1組)

*上記銘柄, 又は, 同等品以上とする。

7 納入場所

宇都宮市竹林町972番地 衛生環境試験所 (2階臨床検査室)

8 納入期限

令和6年3月15日 (金)

9 その他

- (1) 同等品で見積しようとするものは, 事前に同等性を証明する書類 (価格の記載されたカタログ等) を契約課物品契約グループまで提出し承諾を得ること。
- (2) 納入の際は, 事前に納入予定日時を担当課と協議のうえ, 指示する場所に設置すること。