

仕様書

1. 品名 卓上超音波洗浄機

2. 数量 1 式

3. 基本的要件（規格, 機能, 性能）

- (1) 容量(ℓ) : 50ℓ程度
- (2) 水槽寸法 : (幅)500(mm程度)×(奥行)400(mm程度)×(高さ)300(mm程度)
- (3) 水槽材質 : ステンレス鋼
- (4) 電源 : AC100V(60Hz)
- (5) タイマー : 1～99 分の時間設定が可能であり、連続運転も可能なタイマーを備えること。
- (6) 高周波出力 : (強) およそ 800W (弱) およそ 400W
- (7) 発振周波数 : およそ 30～40KHz
- (8) 電源 : AC100V 電源(60Hz) コンセントにさせるもの
- (9) 排出口 : 手動バルブ排出口を有し、排出ホースを接続できるもの。
また、排出口は、正面から見て、左側にあること。
- (10) 付属品
 - ・ 水槽保護ネット 1 個
 - ・ 排水用ホース口 1 個
 - ・ 洗浄バスケット 1 個
 - ・ 排水ホース 1 本
- (11) その他 : 超音波洗浄機の排水バルブに排水ホースを連結し円滑に排水出来ること。
: 振動板のみの交換が可能であること。
: 実験台の上で使用するため、卓上型の物であること。

4. 納入条件

- (1) 機器の搬入及び設置を含む。
- (2) 設置完了後は、機器が十分性能を発揮できるよう、据付調整を行い、正常に稼動することを確認すること。
- (3) 本市職員等に機器の操作方法及び保守管理に必要な技術について実地の研修を行うこと。
- (4) 搬入及び設置作業中、納入者に起因する事故等が発生した場合、付随する損害は納入者がその責を負うこと。
- (5) 納入した機器に関して、1 年以内に発生した不具合については、本市職員の指示に従い無償にて修理、交換等必要な措置を行うものとする。ただし、納入者に責任が無いことが明確の場合はこの限りではない。
- (6) 上記の事項等に疑義が生じた場合は、担当課に確認を取ること。
- (7) 現存機器(アイワ医科工業㈱製、型式 AU-508CB 一台)を引き取ること。
- (8) 設置後、納入品の梱包材等は引き取ること。

5. 銘 柄 等

- ・ 卓上超音波洗浄機
東京超音波技研(株) UCT-5081
上記銘柄または同等品以上とする。

6. 納入場所

宇都宮市衛生環境試験所 食品理化学検査室
(宇都宮市竹林町 972 番地 保健所 3F TEL:028-626-1119)

7. 納入期限

令和 6 年 1 2 月 2 7 日 (金)

8. その他

- (1) 同等品で見積しようとする者は、事前に「同等品確認票」にカタログなど仕様の分かる資料を添付のうえ市（契約課）に提出し、承諾を得ること。
- (2) 納入の際には、事前に納入予定日時を宇都宮市衛生環境試験所と十分協議のうえ指示する場所に設置すること。