

1 品名 「酸素・硫化水素濃度計」

2 数量 1台

3 基本的要件

検知対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式	
検知範囲	0～25.0vol%	0～30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分解能	0.1 vol	0.5ppm
指示精度	±0.5 vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1 段目：19.5vol% 2 段目：18.0vol%	1 段目：10.0ppm 2 段目：15.0ppm
センサ部	表示部と分離タイプ 5mの延長ケーブル付き	
応答時間	20秒以内(90%応答)	30秒以内(90%応答)
濃度表示方式	LCD デジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
電源	単3アルカリ乾電池 2本	
付属品	レザークース, ショルダーベルト, 単3アルカリ電池2本 フィルタエレメント2枚	

5 銘柄等

酸素・硫化水素濃度計(新コスモス電機株式会社 XOS-326)  
上記銘柄又は同等品以上とする。

6 納入場所

宇都宮市 管財課

7 納入期限

令和6年10月31日

8 その他

- (1) 同等品で見積しようとする者は、事前に「同等品確認票」にカタログなど仕様の分かる資料を添付のうえ、市(契約課)に提出し、承諾を得ること。
- (2) 納入の際は、事前納入予定日時を担当課と十分協議のうえ、指示する場所に設置すること。
- (3) 必要に応じ、取扱および操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 設置後、梱包材等は引き取ること。