

# 仕 様 書

1 件 名  $\gamma$ 線用シンチレーションサーベイメータ

2 数 量 1台

## 3 基本的要件

$\gamma$ 線用シンチレーションサーベイメータ

- (1) 測定線種  $\gamma$  (X) 線
- (2) エネルギー特性 BG $\sim$ 30.0  $\mu$ SV/h,  $\mu$ Gy/h, BG $\sim$ 3.00mR/h, mrem0 $\sim$ 30ks<sup>-1</sup>, 0 $\sim$ 1.80Mmin<sup>-1</sup>
- (3) 表示 タッチパネル液晶  
バーグラフメータ, トレンド, 最大値, オーバーロード, スケーラカウント
- (4) データ出力 USB2.0
- (5) 電源 単三形アルカリ乾電池 8本, またはニッケル水素電池 8本
- (6) 防塵・防水 IP65
- (7) 適合 J I S JIS Z 433 : 2014

4 納入場所 宇都宮市今里町1188番地2 (松田新田浄水場)

5 納入期限 令和 6年 7月 31日まで  
可能な限り速やかに納入すること

6 参考銘柄 アロカ株式会社 TCS-1172  $\gamma$ 線用シンチレーションサーベイメータ

## 7 保証

保証期間は、本件引渡しの翌日から起算して1年間とし、供給者に起因すると判断される障害が発生した場合、供給者は速やかに無償修理又は交換を行うものとする。