

仕 様 書

1 品 名 モニタリング機能付き溶存酸素計

2 数 量 1 台

3 基本的要件

溶存酸素計

(1) 動作保証温度 $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$

(2) 測定項目 溶存酸素, 水温

(3) 測定感覚 5 分

(4) 充電方式 太陽光発電

4 納入場所 宇都宮市白沢町 1 1 3 6 番地 1 8 (白沢浄水場)

5 納入期限 令和 7 年 9 月 3 0 日まで

6 参考銘柄 (株) farmo 養殖 farmo

7 保 証

保証期間は、本件引渡しの翌日から起算して 1 年間とし、供給者に起因すると判断される障害が発生した場合、供給者は速やかに無償修理又は交換を行うものとする。