

仕 様 書

1 品 名 蒸留水製造装置

2 数 量 1 台

3 基本的要件（機能，性能，規格）

- (1) 精製方法 イオン交換 → 蒸留 → ろ過であること。
- (2) 蒸留水，イオン交換水ともに A 4 レベルであること。
- (3) 蒸留水製造速度は，約 1.5L/h であること。
- (4) イオン交換水採水速度は，約 0.5～1L/min であること。
- (5) タッチパネル式液晶ディスプレイであり，消耗品の交換時期を表示できること。
- (6) 蒸留水貯水タンクにエアークリーンフィルター及び殺菌用 UV ランプユニットが装備されていること。
- (7) 蒸留水貯水タンクは，30L ポリエチレンであること。
- (8) 採水口にメンブランフィルター（中空糸膜 0.1μm 以下）を装備していること。
- (9) 電源 AC100V 15A 以下であること。
- (10) 外形寸法 幅 600×奥行 660×780mm 程度であること。

4 納入条件

- (1) 機器の搬入及び設置を含む。設置場所は松田新田浄水場 3 階であるため，事前に搬入方法を確認すること。また，クレーン等の機材を使用する場合，担当者と事前に十分相談すること。
- (2) 設置完了後，試運転を行い機器の正常な稼働を確認すること。
- (3) 本市職員に機器の操作方法，及び保守管理について実地研修を行うこと。
- (4) 搬入及び設置作業中，納入者に起因する事故等が発生した場合，付随する損害は納入者がその責を負うこと。
- (5) 納入した機器に関して，1 年以内に発生した不具合については，本市担当者の指示に従い無償にて修理，交換等必要な措置を行うとともに，その間の定期的な保守・点検も行うものとする。ただし，納入者に責任が無いことが明確な場合はこの限りではない。
- (6) 上記の事項等に疑義が生じた場合は，本市担当者に確認を取ること。
- (7) 本仕様書に明記されない事項についても，設置上，当然必要とされるものについては，納入者の費用をもって施工するものとする。
- (8) 既存機器を引き取ること。

5 銘柄等

- (1) アドバンテック東洋(株) RFD240NDAC100V
 - (2) ヤマト科学(株) WG253
- 上記銘柄または同等品以上とする。

6 納入場所

宇都宮市今里町 1 1 8 8 番地 2 （松田新田浄水場内 水質検査センター）

7 納入期限

令和 7 年 1 1 月 2 8 日

8 その他

- （１）納入の際，事前に納入予定日時を担当課と協議のうえ，指定された場所に設置すること。
- （２）設置後，梱包材等は引き取ること。