

仕 様 書

1 件 名 CD-1 2MF 用回転白金電極

2 数 量 1 個

3 基本的要件

CD-1 2MF 用回転白金電極 C 0 0 0 0 8 3 1 4

(1) 測定方式 紫外線加速連続電量滴定方式

(2) 測定範囲 0 ～ 20 mg/l

(3) 測定精度 フルスケールの±3%以内

(4) 環境条件 周囲温度： 0 ～ 35℃

周囲湿度： 0 ～ 85%

4 納入場所 宇都宮市今里町 1 1 8 8 番地 2 （松田新田浄水場）

5 納入期限 令和 7 年 5 月 3 0 日まで

可能な限り速やかに納入すること

6 参考銘柄 セントラル科学株式会社 CD-1 2MF 塩素要求量計

7 保 証

保証期間は、本件引渡しの翌日から起算して1年間とし、供給者に起因すると判断される障害が発生した場合、供給者は速やかに無償修理又は交換を行うものとする。