

仕様書

1 品名 乾熱滅菌器

2 数量 1台

3 基本的要件（機能、性能、規格）

- | | |
|------------|--|
| (1) 内寸法 | 概ね 幅 600 mm 奥行 500 mm 高さ 500mm |
| (2) 内容量 | 150L 以上 |
| (3) 外寸法 | 概ね 幅 700 mm 奥行 650 mm 高さ 850mm |
| (4) 使用温度範囲 | 250°C程度まで加熱して使用可能であること。 |
| (5) 方式 | 自然対流方式 |
| (6) 運転機能 | オートストップ運転ができること。
(設定温度到達後、指定時間を経過すると停止する機能があること。) |
| (7) 安全装置 | 過熱防止機能と、過電流防止又は漏電防止機能があること。 |
| (8) 電源 | AC100V 15A 以内 |

4 銘柄等

- | | | |
|------------------|----------|----------|
| (1) アズワン(株) | 乾熱滅菌器 | KM-600V |
| (2) ヤマト科学(株) | ラボ用乾熱滅菌器 | SI602 |
| (3) アドバンテック東洋(株) | 乾熱滅菌器 | STA620DC |
- 上記銘柄または同等品以上とする。

5 納入条件

- (1) 機器の搬入及び設置を含む。設置場所は松田新田浄水場3階であるため、事前に搬入方法を確認すること。また、クレーン等の機材を使用する場合、担当者と事前に十分相談すること。
- (2) 設置完了後、試運転を行い機器の正常な稼働を確認すること。
- (3) 本市職員に機器の操作方法、及び保守管理について実地研修を行うこと。
- (4) 搬入及び設置作業中、納入者に起因する事故等が発生した場合、付随する損害は納入者がその責を負うこと。
- (5) 納入した機器に関して、1年以内に発生した不具合については、本市担当者の指示に従い無償にて修理、交換等必要な措置を行うとともに、その間の定期的な保守・点検も行うものとする。ただし、納入者に責任が無いことが明確な場合はこの限りではない。
- (6) 上記の事項等に疑義が生じた場合は、本市担当者に確認を取ること。
- (7) 本仕様書に明記されない事項についても、設置上、当然必要とされるものについては、納入者の費用をもって施工するものとする。

(8) 既存機器を引き取ること。

既設機器：アドバンテック東洋(株) 乾熱滅菌器 STA620DC

6 納入場所

宇都宮市今里町1188番地2 (松田新田浄水場内 水質検査センター)

7 納入期限

令和8年1月30日

8 その他

- (1) 納入の際、事前に納入予定日時を担当課と協議のうえ、指定された場所に設置すること。
- (2) 設置後、梱包材等は引き取ること。